



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 13 августа 2025 года № РЗН 2025/26031

На медицинское изделие
Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный серии "Азов"
по ТУ 32.50.50-021-03965956-2023

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИД"
(ООО "ЭЛИД"), Россия,
344091, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону,
Стачки пр-кт, зд. 247, стр. 2

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИД"
(ООО "ЭЛИД"), Россия,
344091, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону,
Стачки пр-кт, зд. 247, стр. 2

Место производства медицинского изделия
ООО "ЭЛИД", Россия, 346782, Ростовская область, г. Азов, пер.
Коллонтаевский, 84 а, 84 б, 84 в

Номер регистрационного досье № РД-68714/17939 от 14.04.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 13 августа 2025 года № 4779
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0085893

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2025 года № РЗН 2025/26031

Лист 1

На медицинское изделие

Облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный серии "Азов" •
по ТУ 32.50.50-021-03965956-2023, в вариантах исполнения:

1. ОБРН-1×15-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 15 Вт - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

2. ОБРН-1×25-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 25 Вт - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

3. ОБРН-2×15-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 15 Вт - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

4. ОБРН-2×25-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 25 Вт - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

5. ОБРН-2×30-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 30 В - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0167957

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2025 года № РЗН 2025/26031

Лист 2

- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 6. ОБРН-3×15-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 15 Вт - 3 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
 - боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 7. ОБРН-3×25-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 25 Вт - 3 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
 - боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 8. ОБРН-3×30-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 30 Вт - 3 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
 - боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 9. ОБРН-5×15-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 15 Вт - 5 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
 - боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 10. ОБРН-5×25-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 25 Вт - 5 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
 - боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0167958

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2025 года № РЗН 2025/26031

Лист 3

необходимости) - не более 12 шт.

11. ОБРН-5×30-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 30 Вт - 5 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

12. ОБРП-1×25-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 25 Вт - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

13. ОБРПе-2×15-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 15 Вт - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

14. ОБРПе-2×25-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 25 Вт - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
- боковина с вклеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

15. ОБРПе-2×30-211 «Азов», в составе:

- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), вклеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 30 В - 2 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0167959


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2025 года № РЗН 2025/26031

Лист 4

- передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
- боковина с клеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 16. ОБРПе-3×15-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), клеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 15 Вт - 3 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
- передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
- боковина с клеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 17. ОБРПе-3×25-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), клеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 25 Вт - 3 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
- передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
- боковина с клеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 18. ОБРПе-3×30-211 «Азов» в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), клеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 30 В - 3 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
- передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
- боковина с клеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 19. ОБРПе-5×15-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), клеенным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 15 Вт - 5 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
- передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
- боковина с клеенным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
- 20. ОБРПе-5×25-211 «Азов», в составе:
 - рециркулятор с воздушным фильтром (белым), клеенным в боковину

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0167960

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2025 года № РЗН 2025/26031

Лист 5

- установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
- лампа бактерицидная 25 Вт - 5 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
 - передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
 - боковина с клееным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.
21. ОБРПе-5×30-211 «Азов», в составе:
- рециркулятор с воздушным фильтром (белым), клееным в боковину, установленную со стороны кнопки-тумблера включения/выключения - 1 шт.;
 - лампа бактерицидная 30 Вт - 5 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.;
 - паспорт - 1 шт.;
 - передвижная основа для рециркуляторов "Азов" - 1 шт.;
 - боковина с клееным воздушным фильтром (белым или угольным) (при необходимости) - не более 12 шт.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0167961