

Паспорт
Пробирки лабораторные по ТУ 9461-008-52876351-2008
Пробирки конические центрифужные

Серия		Дата изготовления	
-------	--	-------------------	--

1. Назначение

Предназначены для центрифугирования в центрифугах типа ОПН-3 и аналогичных им при наличии соответствующих вкладышей.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Высота, мм	Диаметр, мм	Цена деления, мл
П-1-10 ТС (ПЦНГ)	10	105^{+5}_{-1}	$17 \pm 0,5$	-
П-1-10-0,1 ТС (ПЦГ)	$10 \pm 0,2$		$17 \pm 0,5$	0,1
П-1-10-0,2 ТС (ПЦГ)	$10 \pm 0,2$		$17 \pm 0,5$	0,2

1. Пробирки изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74.
2. Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
3. Рассчитаны на нагрузку до 1200 g.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировании. Транспортная упаковка имеет маркировку «Хрупкое. Осторожно». Условия транспортирования изделий – по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по группе 6 ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие пробирок конических центрифужных требованиям ГОСТ 1770-74 и ТУ 9461-008-52876351-2008 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

Грузинцев С.А.