



Автономная некоммерческая организация
«САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ И
СТРОИТЕЛЬСТВА»
АНО «СНИИМ и С»

« КАЛИБРОВОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ »

410044, РФ, ГОРОД САРАТОВ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 1, ТЕЛ. +7903 045 43 12, ФАКС +7 8452 381407, e-mail: sniim@mail.ru

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K0012-2607/24

Объект калибровки

ПРИБОР НАБУХАНИЯ ГРУНТОВОЙ

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер
ПНГ-1, ЗАВ. № 088

Наименование заказчика

Методика калибровки

наименование юридического (физического) лица

ГОСТ 12248, МИ 2192-92

наименование, номер, кем утверждена

Результаты калибровки (действительные значения метрологических характеристик)

Таблица №1 (ПНГ-1)

№	Нормируемые параметры и характеристики	Номинальные значения, погрешность	Допуск	Фактические значения
1	Высота рабочего кольца, мм	20	$\pm 0,5$	соответствует
2	Угол заточки, °	30	± 1	соответствует
3	Внутренний диаметр рабочего кольца, мм	56,5	$\pm 0,5$	соответствует

Таблица №2 (ИЧ-10)

№	Номинальные значения, мм	Действительные значения, мм (соотв/несоотв)
1	0,00	Соответствует
2	1,00	Соответствует
3	3,00	Соответствует
4	5,00	Соответствует
5	7,00	Соответствует
6	10,00	Соответствует

Условия проведения калибровки

температура окружающей среды 22°C
относительная влажность воздуха 46%
атмосферное давление 100,8кПа

Калибровка проведена с применением

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 зав. №304325, Приспособление с микрометрической головкой № 2,

наименование, регистрационный номер применяемого эталона (или наименование, тип,

Мера длины концевая-набор (0,5-100)мм (№113820)

заводской номер, разряд, класс или погрешность средства калибровки)

Приложения к сертификату калибровки

протоколы, градуировочные таблицы, отчеты

Директор АНО «СНИИМ и С»



А. Ю. Воробьев

Дата проведения калибровки

26 июля 2024 года

- Аттестат признания компетентности в части выполнения калибровочных работ лабораторией (КЛ) ЛМОКЛ-002605 от 30.05.2020 года. (РОСС RU.31481.04-ФЗГЖ1)
- Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
- Федеральный закон №102-ФЗ от 26.08.2008 г. «Об обеспечении единства измерений», глава 4, ст. 2
- Издание может не быть использовано в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
- * - указывается при необходимости