

Заключение № 2/19
выдано 11.02.2019 г.
Действительно до 11.02.2022 г.

АТТЕСТАТ № 12084

Дата выдачи: 02.10.2019г.

Удостоверяется, что Репер для формы 2ФП – 25

зав. № 6/н

принадлежащее _____

по результатам первичной аттестации, протокол № 1808 от 02.10.2019г.

признано пригодным для использования _____

при определении относительных деформаций образцов мелкозернистого бетона

по ГОСТ 8269.0-97

Периодичность периодической аттестации 1 год (месяцев, лет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Наименование средства аттестации: Репер для формы 2ФП – 25
2. Назначение: определение относительных деформаций образцов мелкозернистого бетона
3. Марка материала: сталь 12Х18Н10Т, № б/н, год выпуска 2019
4. Изготовитель: _____
5. Условия проведения аттестации: стандартные
6. Перечень средств измерений при аттестации согласно ГОСТ 8269.0-97:
6.1. Штангенциркуль ШЦ-300-0,05
7. Организация, выполнявшая аттестацию:
8. Технические характеристики: соответствие требованиям ГОСТ 8269.0-97
9. Заключение:
Технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 22690-88
Изделие допускается к применению в качестве рабочего средства испытания.

LAB-OBORUDOVANIE.RU