

АТТЕСТАТ № 40528

Дата аттестации 3 ОКТ 2017

Удостоверяется, что Приспособление для определения сцепления
вяжущего с минеральной частью .

(наименование испытательного оборудования)

Тип **ОСВ-Ф с ячейкой сетки 0,16 мм**

Кол-во 1 шт.

изготовленное:

принадлежащее: _____

по результатам первичной аттестации испытательного оборудова-
ния по ГОСТ Р 8.568-97,

40528 3 ОКТ 2017
протокол № _____ от _____,

признано пригодным:

Для определения сцепления вяжущего с минеральной частью
по ГОСТ 12801-98

Рекомендуемая периодичность аттестации – 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ

Условия проведения аттестации: - температура: 20°C,
- влажность: 54 %, давление 762 мм.рт.ст.

Средства измерений, используемые при аттестации: Штангенциркуль ШЦ-1 №255, микроскоп отсчетный МПБ-3 №9003359 поверены ФБУ «Тест Санкт-Петербург»

Основные технические характеристики, проверенные при первичной аттестации:

Предельное отклонение среднего арифметического размера стороны ячеек от номинального $\pm 5\%$ для сит с ячейкой $< 0,16$ мм.

Предельное отклонение особокрупных ячеек в количестве до 5-ти: $\pm 5\%$ для сит с ячейкой $< 0,16$ мм

LAB-OBORUDOVANIE.RU

Аттестация проведена по методике МС 300.12-02 «Сита лабораторные для отсева по фракциям сыпучих строительных материалов и грунтов», ГП «ВНИИФТРИ»